

č. 5/280912

**2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)	<b>IČO:</b> 49971361
RUDOLF JELÍNEK a.s.	

<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSC:</b>	<b>Tel.:</b>

<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Vizovice	<b>Ulice/č.p.:</b> Razov 472	<b>PSC:</b> 763 12	<b>Tel.:</b> 577 686 120

<b>Obchodní název lihoviny:</b> Hruškovice	<b>Kategorie lihoviny:</b> ovocný destilát	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b> L 24.01.12 - L 12.09.12/ 24.01.2012 - 12.09.2012
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------


<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b> viz níže	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b> 31 614	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 5 358,78
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>		
<b>Jméno a příjmení:</b> Mgr. Jiří Koňarik	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 577 686 143
<b>Datum:</b> 2.10.2012	<b>Otisk razítka:</b>  RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 2 763 12 VIZOVICE DiČ: CZ49971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	Šarže
HRUŠKOVICE 42% 0,05L BUDÍČEK FOLIE	3 024	42%	0,05	63,50	L 12.03.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,05L BUDÍČEK	5 556	42%	0,05	116,68	L 12.03.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,05L BUDÍČEK	2 052	42%	0,05	43,09	L 24.01.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	882	42%	0,2	74,09	L 04.09.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	4 038	42%	0,2	339,19	L 09.03.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	8 436	42%	0,7	2 480,18	L 12.09.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	2 940	42%	0,7	864,36	L 20.08.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	1 536	42%	0,7	451,58	L 10.02.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK SKL	1 230	42%	0,7	361,62	L 20.08.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK SKL	1 920	42%	0,7	564,48	L 10.02.12
	31 614			5 358,78	

č. 4/28.09.2012

**1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky**

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO:	
R. JELINEK L.A.-S.A.		76.006.183-2	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Quillón, Chile	Cantino a Nueva Aldea km 8		602 725 196
Druh líhu/kategorie destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Ovocný destilát - hruškovice	18 450 l.a.	T62761-11	
Země původu líhu, destilátu:	Dodavatel:		
Chile	R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
73,8	† 8690	<50	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
53725/2012	Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	29.9.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Petr Marek	marek@rjelinek.cz	00569 823 88 56	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
29.9.2012	<b>R. JELINEK L.A. - S.A.</b> RUT: 76.006.183-2		



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53725/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489  
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15  
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo :	91416	Čas odběru :	neuveďeno
Datum odběru :	neuveďeno	Název vzorku :	Hruškovice W, T-62761
Množství vzorku :	0,5 l	Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice :	lihoviny	Vzorkoval :	zákazník
Způsob odběru :	neuveďeno	Účel odběru :	dle požadavku zákazníka
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.		

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	8690	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	73,8	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0,7%

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace  
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

## Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(1)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 29.9.2012


RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

--

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>ICO:</b> 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSC:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Vizovice	<b>Ulice/č.p.:</b> Razov 472	<b>PSC:</b> 763 12	<b>Tel.:</b> 577 686 120
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b> Ovocný destilát - hruškovice	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 17 500 l.a.	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b> T1088	
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu</b> (vyjádřeno v % objemových): 42,4	<b>Obsah metanolu</b> (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 10 900	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b> (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b> 53732/2012	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> Akreditovaná zkuš. laboratoř č.1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	<b>Datum vystavení:</b> 29.9.2012	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jiří Koňářík	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 602 877 166	
<b>Datum:</b> 29.9.2012	<b>Otisk razítka:</b>  RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 2 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361. IČ: 49071361	<b>Podpis:</b> 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53732/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489  
Přijem vzorku : 28.9.2012 8:15  
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91423  
Datum odběru : neuváděno  
Název vzorku : Hruškovice W, T-1088  
Množství vzorku : 0,5 l  
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuváděno  
Účel odběru : dle požadavku zákazníka  
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10900	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	42,4	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0,7%

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

## Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nepochledují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.

**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.

**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.

**Počet stran:** 2

**Dne:** 29.9.2012

RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

